

## 評価基準表

酵素項目(AST・ALT・LD・CK・ALP・ $\gamma$ -GT・ChE・AMY)

試料A・I・IIについて目標値を用い正確度の指標とする。

目標値 $\pm$ 2SD以内	10点
目標値 $\pm$ 2SDを超え $\pm$ 3SD以内	5点
目標値 $\pm$ 3SDを超えるもの	0点

合計点により評価する。(30点満点)

20点～30点	A評価
10点～19点	B評価
0点～9点	C評価

濃度項目(GLU・TP・ALB・UA・UN・CRE・Ca・IP・Fe・Na・K・Cl・T-CHO・TG・T-Bil・Mg)

試料A・I・IIについて目標値を用い正確度の指標とする。

目標値 $\pm$ 2SD以内	10点
目標値 $\pm$ 2SDを超え $\pm$ 3SD以内	5点
目標値 $\pm$ 3SDを超えるもの	0点

合計点により評価する。(30点満点)

20点～30点	A評価
10点～19点	B評価
0点～9点	C評価

濃度項目(HDL-C・LDL-C)

試料Aについて目標値を用い正確度の指標とする。

目標値 $\pm$ 2SD以内	10点
目標値 $\pm$ 2SDを超え $\pm$ 3SD以内	5点
目標値 $\pm$ 3SDを超えるもの	0点

合計点により評価する。(10点満点)

10点	A評価
5点	B評価
0点	C評価

HbA1c

試料C1・C2について目標値を用い正確度の指標とする。

目標値 $\pm$ 2SD以内	10点
目標値 $\pm$ 2SDを超え $\pm$ 3SD以内	5点
目標値 $\pm$ 3SDを超えるもの	0点

合計点により評価する。(20点満点)

15点～20点	A評価
10点～14点	B評価
0点～9点	C評価